

Tájékoztató 24 órás vérnyomás monitorozáshoz

Kedves Betegünk!

A vizsgálat alatt a készülék automatikusan 15 percenként / éjszaka 30 / vérnyomást mér, és rögzíti azt.

Normál működés esetén Önnek a készülékkel teendője nincs !

Előfordulhat, hogy a készülék valami miatt hibás mérést végez, ilyenkor soron kívül újra próbálkozik.

A lehetséges hibák esetén az Ön feladata, ha a vizsgálat az ÖN otthonában történik:

- Ha a készüléket és a mandzsettát összekötő gumicső leesne, azt kérjük, helyezze vissza !
- Figyelje, hogy ne törjön meg a cső!
- Ha a mandzsetta elmozdul vagy meglazul, igazítsa vagy igazíttassa meg!
- Otthonában ha azt észleli, hogy nem mér a készülék, akkor az ON-OFF gombbal kapcsolja be, és a START gomb megnyomásával próbálja újraindítani! Ha nem indul újra ne kísérletezzen tovább, a készüléket vegye le magáról!

Ha a vizsgálat intézeten belül történik, és vizsgálat közben bármi rendellenességet észlel kérjük szóljon a nővérnek!

Vigyázzon a készüléket víz, ütés, erős nyomás, vagy bármilyen más erőszakos behatás ne érje !

Nyilatkozat

Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a kivizsgálásomhoz alkalmazott műszernek bármi olyan baja történik, mely az én hanyagságom miatt következett be, köteles vagyok annak anyagi terhet vállalni.

Dátum:

.....

aláírás